

BTL 4110

LASER PROFESSIONAL

- Alta luminosidad de pantalla para el contador del tiempo y otros parámetros principales
- Protocolos para diferentes campos médicos (rehabilitación, ortopedia, medicina deportiva, odontología, ginecología, dermatología, ENT, pediatría, medicina general)
- Protocolos definidos por el usuario
- Enciclopedia terapéutica con los siguientes diagnósticos: absceso en glándula de Bartholin, algomenorrea, cervicitis aguda, cervicitis crónica, cicatriz queloides, cicatriz reciente, colpitis aguda, colpitis crónica, curación post-quirúrgica, irritabilidad vulvar, estrías, hematoma, herpes genital, tratamiento post quirúrgico a la cirugía de incontinencia urinaria, prurito, urocistitis, vulvitis
- Manual de usuario y ayuda incorporados
- Portabilidad
- Batería recargable incorporada
- Identificación, mantenimiento y chequeo de accesorios
- Chequeo y verificación de la conexión de sondas & clusters

❖ PARÁMETROS DE TERAPIA

- Combinado (rojo e infrarrojo) láser cluster potencia total de salida 1000mW
- Combinado (rojo e infrarrojo) láser
 - cluster potencia total de salida 1800mW
- Láser cluster infrarrojo potencia total de salida 800mW
- Láser cluster infrarrojo potencia total de salida 1600mW
- Láser cluster rojo potencia total de salida 200mW
- Sonda infrarroja con luz adicional 830nm / 100mW
- Sonda infrarroja con luz adicional 830nm / 300mW
- Sonda infrarroja con luz adicional 830nm / 400mW
- Sonda infrarroja con luz adicional 830nm / 50mW
- Sonda roja 685nm / 30mW
- Sonda roja 685nm / 50mW

❖ APLICADORES OPCIONALES

- Láser semiconductor de Arseniuro de Galio y Aluminio (GAAIAS)
- Energía de salida. De acuerdo con la usada por la sonda láser
- Longitud de onda. De acuerdo con la usada por la sonda láser
- Porcentaje pulsátil 10-90%
- Terapia por láser continuo y pulsado
- Frecuencias Nogier y EAV
- Frecuencia de 0-10000 Hz +/- 3% de los valores preseleccionados
- Dosis. 0.1-100.0 J/cm² de los valores preseleccionados

